РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **001/2-251**

Весы электронные GX-1000		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3050	**26153173**	**20325-06**

Назначение: измерение массы

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **I специальный** Диапазон: **1000 г.**	к. 153; (5 – 40) °С

Результаты первичной поверки от 09.09.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	КТ I	КТ I

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Весы электронные GX-1000 пригодны для использования в лаб. 251 при измерении массы с характеристиками и в условиях, указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
АТ-1910	09.09.2011	КТ I сериальный
355370	05/06/12	от 0,1 до 500 г - Δ=±0,01 г, св. 500 г до 1100 г - Δ=±0,02 г.
138540-937-241	22.07.2013	НмПВ 0,1 г, НПВ 1100 г, d=0,001г, от 0,1 до 500 г - Δ=±0,01 г, св. 500 г до 1100 г -Δ=±0,02 г. ГОСТ 24104 отменен – **КТ II высокий**